



ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

ใบอนุญาตเลขที่ ขพ.2045/2564

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

โดย นายมนัส สุภาพ
ที่ตั้ง/ที่อยู่เลขที่ 634/4 หมู่ที่ -
ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนน ประชาอุทิศ
ตำบล/แขวง วังทองหลาง อำเภอ/เขต วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2725 0888
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) (T6400339)

ทางสื่อ เว็บไซต์ : www.winmed.com/th/winmed-laboratory

ตามเลขรับคำขออนุญาตโฆษณาที่ AD6402004 วันที่ 21 ธันวาคม 2564

อนุญาตให้โฆษณาได้ตามเอกสารข้อความโฆษณาที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ จำนวน 3 หน้า

โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านหลังของใบอนุญาตฉบับนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

(ลายมือชื่อ)

ตำแหน่ง



เงื่อนไขการโฆษณา มีดังนี้ :

1. อนุมัติเฉพาะข้อความและภาพที่ไม่ได้ซีดจาง
2. ในเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่อนุญาต
3. ภายในเวลาก่อนมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาตแบบแจ้งรายการละเอียด หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์แตกต่างไปจากเดิม ที่มีผลต่อข้อความหรือภาพที่โฆษณา
4. ข้อความและภาพที่โฆษณาต้องตรงตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าโฆษณาแตกต่างไปจากนี้ ถือว่าข้อความและภาพทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาต
5. ให้แสดงข้อความเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได้หากมีเหตุผลอันจำเป็น ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารข้อความในโฆษณา

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

โทรศัพท์ 0-2590-7148

โทรสาร 0-2591-8445

FDA NO : 1223769

ให้แสดงข้อความต่อไปนี้ให้เห็นชัดเจน
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ สพ. ๒๕/2564

จำหน่ายตรวจ SAR-COV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold)



การค้นหาค่าในเว็บไซต์
ต้องไม่ผูกพันกฎหมาย

50

ส่งสั่งซื้อชุดตรวจ

คลิกที่นี่

ข้อความโฆษณาแนบท้ายใบอนุญาต
เลขที่ สพ. ๒๕๖/๒๕๖4
วันที่ 13.3.2564 17.5.๒๕๖4
นางสิริยา สุ่มนายนนท์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด ๗

ภาพและข้อความนี้ใช้ในการโฆษณาเท่านั้น
ไม่ได้เป็นการรับรองผลของผลิตภัณฑ์



SAR-COV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold) :G10313 สำหรับตรวจด้วยตนเองที่บ้าน

- ทราบผลภายในเวลา 15-20 นาที
- ใช้ง่ายสะดวกด้วย Swab ในโพรงจมูกทั้ง 2 ด้าน
- แบบ Home use สำหรับใช้ภายในบ้าน

คำเตือน

- อ่านคำแนะนำและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

คำแนะนำ

- ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น แต่แนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์หรือหน่วยงานสาธารณสุขเมื่อได้ผลบวก
- ใช้งานกับชุดตรวจในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- ระวังไม่สัมผัสกับพื้นผิวที่ปนเปื้อน โดยสามารถดูวันหมดอายุได้บนผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง

- ห้ามการใช้งานตรวจคัดกรองบรรจุภัณฑ์ซ้ำ ไม่มีการรีใช้หรือส่งกลับ
- ห้ามทิ้งชุดตรวจในอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับพื้นผิวที่ปนเปื้อน โดยสามารถดูวันหมดอายุได้บนผลิตภัณฑ์

ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยี เลขที่ T 6400339


ไม่แสดงข้อความต่อไปนี้ให้ท่านได้ชัดเจน
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ๑พ.ดอ.๕/2564



การใช้งาน SAR-COV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold) : G10313 สำหรับตรวจด้วยตนเองที่บ้าน


การขังป็นที่ส่งสุขุมตรวจด้วยวิธี 5 ขั้นตอน Rapid Antigen Test ที่ ง่ายการใช้งานง่าย ๆ การเก็บรักษาที่ห้องที่เย็น และ
สะดวก

วิธีการใช้งาน



ผลการตรวจเป็นลบ

เมื่อปรากฏแถบสีแดงที่ช่อง C และ ไม่ปรากฏแถบ



ผลการตรวจเป็นบวก

เมื่อปรากฏแถบสี 2 แถบ ในช่อง C และ T



(นางสิริธยา สุมนานนท์)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด ๗


ข้อความโฆษณาแนบท้ายใบอนุญาต
เลขที่ ๑พ.ดอ.๕/2564
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
.....
.....
.....

ใบทราบผลการตรวจ

เมื่อไปปรากฏแถบสีแดงที่บริเวณแถบ C ในฟ้าการทดสอบอีกครั้งด้วย แผ่น
ทดสอบชุดใหม่ อาจเนื่องมาจากปริมาณ น้ำยาที่หมดอายุเก็บไว้ หรือ เกิด
การ ผิดพลาดขึ้นในการตรวจการทดสอบ

Om

ให้แสดงข้อความต่อไปเมื่อเห็นได้ชัดเจน
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฮพ. 2015/2564



ผลการตรวจโดย

เมื่อปรากฏแถบสีตรงเพียง 1 แถบ ในบริเวณแถบ

ตรวจหากกลุ่มอาการกับคุณก่อนออกสู่ตลาด ๗
ผลการตรวจโดย

เมื่อปรากฏแถบสี 2 แถบ ในบริเวณแถบ C และ T

ข้อเสนอแนะจากแพทย์

เมื่อปรากฏแถบสีแดงบริเวณแถบ C ให้ทำการทดสอบอีกครั้งด้วย เช่น
ทดสอบชุดใหม่ อาจเนื่องมาจากปริมาณ น้ำยาที่ผสมน้อยเกินไป หรือ เกิด
การ ผิดพลาดขึ้นในกระบวนการทดสอบ



บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)
ห้อง เลขที่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (กวดสีลา 1)
ถนนประชาอุทิศ แขวงวัดทองนพคุณ เขตวัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310

[GOOGLE MAPS](#)



02-725-0988 ต่อ 801-802

[ดาวน์โหลดแอป](#)

WINNING TOGETHER THROUGH SYNERGY